




TERMO DE REFERÊNCIA

Guzolândia, 30 de abril de 2020.

DESCRIÇÃO
APARELHO DE AR CONDICIONADO , tipo split, hi wall; com capacidade de 12.000 BTUS/h; operação: quente e frio; voltagem: 220 volts; com consumo aproximado de 1250 w; com selo Procel, classificação Inmetro "A"; com baixo nível de ruído; equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora) e 01 unidade externa (condensadora); com utilização do gás; gabinete confeccionado em polipropileno; fornecido com controle remoto sem fio, display de LED; manual de instruções e certificado de garantia em português, com garantia mínima de 12 meses; equipamento fabricado de acordo com as normas NBR16401 e NBR 7256; instalado e em funcionamento.
CADEIRA FIXA ; plástica; com encosto e assento em polipropileno; sem braços; estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 X 30 Chapa 18; com medidas aproximadas 51 cm (largura) x 80 cm (altura) x 51 cm (profundidade).
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ; com braçadeira adulto; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300mmhg; com resolução de 2 Mmhg; com pera de borracha, com válvula anti refluxo; manguito em borracha sem emendas, resistente; material de confecção material de confecção em tecido em algodão; braçadeira / fecho de velcro.
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ; aneroide; portátil, acondicionado em bolsa de courvin; com braçadeira para obeso; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300mmhg; com resolução de 2 Mmhg; com pera de borracha, com registro e válvula anti-refluxo; com manguito de borracha, sem emendas (bolsa e tubos conectores); braçadeira em tecido de algodão resistente, com fecho em velcro.

Atenciosamente,


Maria Cristina de Souza
Diretora do Departamento Municipal de Saúde